

■ 가철성 교정장치, 구강 외 장치 장착 후 주의사항 ■

1. 장치의 분실 및 파손 시에는 즉시 병원에 연락하여 조치를 취해야 합니다. 재제작이 필요한 경우 다시 내원하여 입안의 본을 떠서 모형을 만들어야 하며 재제작 비용을 추가로 지불하셔야 합니다. 파손된 장치를 끼우고 있으면 아무런 효과가 없으며 상태가 악화될 수 있습니다.
2. 장치를 낀 후 치아나 잇몸이 아플 때는 다음 약속일까지 기다리지 말고 전화로 담당 의사에게 의논한 후 약속을 하여 가능한 빨리 조치를 받으시기 바랍니다.
3. 장치는 매일 밤새도록 꺼야 하며 낮에도 가능한 많이 끼고 있어야 합니다.
4. 장치는 특별한 지시가 없는 한 식사 때나 운동을 할 때에만 빼고 항상 끼고 있어야 하며 식사를 한 후에는 곧 꺼야 합니다.
5. 장치를 낄 때는 두 손을 사용하여 끼고, 장치를 뺄 때는 반드시 장치 몸체를 잡아야 하며 장치에 있는 앞 철사 등을 잡고서 빼면 안 됩니다.
6. 장치를 끼지 않을 때는 장치가 파손되지 않도록 맑은 냉수를 담은 용기에 담아 두거나 케이스에 넣어두어야 하며, 장치는 칫솔로 아침, 저녁으로 닦아야 하며, 뜨거운 물을 사용하면 장치가 변형되기 쉬우므로 뜨거운 물로 소독 또는 세척을 하시면 안 됩니다.
7. 스크류를 돌릴 때의 시기는 장치를 밤새 끼고 난 아침에 돌립니다.
8. 장치를 1주일 동안 잘 꺼서 이루어진 치료 효과가 단 하루 동안 안 낄으로써 나빠집니다. 그러므로 다른 병으로 아플 때라도 가능한 끼도록 노력해야 합니다.
9. 구강 외 장치는 머리 혹은 목 부위에 모자 형태의 장치를 쓰고 입 밖으로 고무줄을 거는 장치로서, 이 장치의 효과는 환자가 이 장치를 얼마나 오래 장착하였는가에 따라 치료효과가 좌우됩니다. 하루에 최소한 14시간 이상 장착해야 하고 가능하면 식사시간 외에는 거의 항상 장착해야 하므로 환자의 보호자께서는 이점에 특히 유의하여야 합니다.
10. 위의 주의사항을 집에 있을 때나 여행 중에도 반드시 잘 따라야 하며, 담당 의사가 지시한 대로 잘 따르고 약속을 잘 지켜야 치료된다는 것을 명심해야 합니다.

주/야간 연락처 : 전북대학교 치과병원 소아치과 외래 ☎ (063) 250-2121

전북대학교 치과병원 소아치과

